

NEAK

Közbeszerzési és Beszerzési Főosztály!

Tisztelt Ajánlatkérő!

Az [REDACTED] (a továbbiakban: Kérelmező) a Kbt. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján a „Tételes elszámolás alá eső, természetben biztosítandó közép- és belfül hallásjavító implantátum és processzor eszközök 24 hónapra történő beszerzése hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos keretmegállapodásos eljárás keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás 1. ajánlati része vonatkozásában az előzetes vitarendezést kezdeményezi.

A közbeszerzési dokumentumok Kérelmező által jogsértőnek tartott eleme a dokumentáció 52. és 59. oldalán „A megrendelés és felhasználás objektív szempontjai:” cím alatt felsorolt szakmai szempontok, amelyek nem felelnek meg a Kbt. 2. § (4) bekezdésében meghatározott, a közpénzekkel való hatékony és felelős gazdálkodás elvének az alábbi okok miatt.

A dokumentáció 52. és 59. oldalán „A megrendelés és felhasználás objektív szempontjai:” cím alatt az ajánlatkérő felsorol öt szempontot, melyek valamelyikének teljesülése esetén a beültetést végző egészségügyi szolgáltató eltérhet attól a követelménytől, hogy „elsődlegesen a rangsorban előrébb álló, alacsonyabb árú eszközt kell felhasználnia.” Ez a felsorolás teszi lehetővé, hogy amennyiben a rangsorban előrébb álló eszköznél egy a rangsorban hátrébb álló eszközzel egy adott beteg ellátása szakmailag megfelelőbben oldható meg, akkor a beültetést végző szakember a rangsorban hátrébb álló eszközt választhassa.

A felsorolásban szereplő szempontok kétségtől fontosak, de korántsem fedik le az összes olyan lehetőséget, melyek indokolhatják a preferált eszköztől való eltérést. Ezért kérjük a felsorolás kiegészítését az alábbi pontokkal:

- magasabb IDR (input dynamic range) érték és/vagy több frekvenciasáv (spectral band) és/vagy nagyobb stimulációs ráta (stimulation rate)

Indoklás: a jelfeldolgozás három tartományát a fenti három érték szabja meg. Az IDR a feldolgozott dinamikatarományt, a frekvenciasávok száma a frekvenciafelbontást (spectral resolution), a stimulációs ráta a jelfeldolgozás gyorsaságát (temporal resolution) befolyásolja. A jobb értékek élethűbb hangfeldolgozást, ezáltal jobb beszédértést és zenei élményt eredményeznek.

- elektroakusztikus stimuláció (EAS) lehetősége

Indoklás: ez eredetileg minimumfeltétel volt, de a minimumfeltételek közül kikerült. Az implantált oldalon residuális hallással rendelkező betegek esetében indokolt lehet EAS-ra alkalmas implantátum/processzor szett alkalmazása, amennyiben a rangsorban előrébb álló eszköz erre nem képes.

- vezeték nélküli binaurális funkciók: bilaterális kezelőszervek és funkciók, kontralaterális streaming, bimodális illesztés, CROS illesztés

Indoklás: a kétoldali hallásjavítás előnyei ma már a cochlearis implantált betegek esetében is bizonyítottak. Három fő lehetőség van a binaurális ellátásra, azonban az ezekben rejlő lehetőségek kihasználására megfelelő eszközök szükségesek. Kétoldali implantáció esetén a bilaterális kezelőszervek fontos kényelmi előnyt jelentenek, míg a bilaterális funkcionalitás – például az összehangolt automatikus direkcionális – a jelfeldolgozás minőségét javítják. A nem implantált fülön maradvány hallással rendelkező betegek esetében bimodális illesztést lehetővé eszköz lehet indokolt, illetve ezek közül is olyan eszköz, amely az ellenoldali hallókészülékkel integrált vezeték nélküli funkcióra képes (például kezelőszervek összehangolása, binaurális jelfeldolgozás és

streaming). Végül az ellenoldali fülön hasznosítható hallással nem rendelkező, de valamilyen okból ezen az oldalon nem implantálható betegek esetében óriási segítség lehet a CROS illesztés, ami ráadásul még rendkívül költséghatékony is, mivel egy CROS készülék ára töredéke egy implantáció költségének.

- korábban implantált betegek másik oldali implantációja
- Indoklás: amennyiben egy működő cochlearis implantátum mellett ellenoldali implantációra kerül sor, célszerű azonos gyártmányt és típust (vagy a típus utódját, ha már kifutott) alkalmazni. Ennek szakmai indokoltsága egyértelműen elfogadott, ezért ilyen esetekben javasoljuk az egyébként preferált eszköztől való eltérés lehetőségét megadni.

Kérjük, hogy az ajánlatkérő szíveskedjen a közbeszerzési dokumentumokat a fentiek szerint módosítani annak érdekében, hogy a betegek a jelenlegi orvosszakmai ismeretek szerinti leghatékonyabb, legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek.

Várjuk szíves válaszaikat.

Budapest, 2018. május 17.

Tisztelettel,

.....
